

SKABELON TIL MÅLING AF HUD-AREALET VED ULTRALYDSBEHANDLING.

Total behandlingstid =

$lt \times A / ERA$

lt = lokal behandlingstid

ERA = lydstrålens areal

A = hudområdets areal

cm²

245 - 228
211 - 195
180 - 165
151 - 138
125 - 113
101 - 90
80 - 70
61 - 53
45 - 38
31 - 25
20 - 15
11 - 8
5.0
1
5.0
11 - 8
20 - 15
31 - 25
45 - 38
61 - 53
80 - 70
101 - 90
125 - 113
151 - 138
180 - 165
211 - 195
245 - 228

cm²

cm²

Fotokopiering
forringer
skabelonens
nøjagtighed !



© K.Grey.
VODSKOV, nov. 93.

Kontrolmål

← 5 cm →

↑ 10 cm ↓